



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.000952.09.18 от 18.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования генерирующего источника ионизирующего излучения согласно приложения в ООО "ЦСС "ВэлаДент" по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.36, нежилое помещение №3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Современной Стоматологии "ВэлаДент", 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.36, нежилое помещение №3. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по оценке состояния радиационной безопасности № 08/1/18 5893 от 07.08.2018 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 03.06.2015 года

Заключение действительно до 18.09.2020 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2977973



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.M.000952.09.18 ОТ 18.09.2018 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Цифровой аппарат рентгеновский дентальный "Kodak 2100" (зав. № VKYA610, 2007 года выпуска)


1. Технические характеристики:

1.1. Максимальное анодное напряжение: 60 кВ

1.2. Сила тока: 7 мА

2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата для проведения медицинской рентгенодиагностики.

3. Место проведения работ: в рентгеновском кабинете в нежилом помещении №3 ООО "ЦСС "ВэлаДент" по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 36



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.06.000.М.000954.09.18 от 18.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности: оказание работ (услуг) в соответствии с приложением (2 наименования) в Обществе с ограниченной ответственностью "Центр Современной Стоматологии "ВэлаДент" по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 36, нежилое помещение № 3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Современной Стоматологии "ВэлаДент", 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 36, нежилое помещение № 3 (Российская Федерация)

~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ **СООТВЕТСТВУЕТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 08/1/18/5893 от 07.08.2018г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710037, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 г

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2977975



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.06.000.М.000954.09.18 ОТ 18.09.2018 г.

Перечень работ (услуг), выполняемых:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
рентгенологии;
- 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
рентгенологии



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.000953.09.18 от 18.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования генерирующего источника ионизирующего излучения согласно приложения в ООО "ЦСС "ВэлаДент" по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.36, нежилое помещение №3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Современной Стоматологии "ВэлаДент", 454091, г. Челябинск, ул. Курчатова, д.36, нежилое помещение №3. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по оценке состояния радиационной безопасности № 08/1/18 5893 от 07.08.2018 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 03.06.2015 года

Заключение действительно до 18.09.2023 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№: 2977974



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.000953.09.18 ОТ 18.09.2018 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Цифровой аппарат рентгеновский томограф "Gendex GXDP-700TM" (зав. № GE1702896, 2017 года выпуска)

1. Технические характеристики:

1.1. Максимальное анодное напряжение: 90 кВ

1.2. Сила тока: 16 мА

2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата для проведения медицинской рентгенодиагностики.

3. Место проведения работ: в рентгеновском кабинете в нежилом помещении №3 ООО "ЦСС "ВэлаДент" по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 36



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

